



宁波戴维

生产企业许可证号：浙食药监械生产许20050117号
License No. of manufacturer: ZJFDA No.20050117
注册证号：浙食药监械(准)字2005第2260128号
Registration No.: GSYZX (Z) Z 2005 NO. 2260128

产品简介

- 箱温控制，LED显示；
- 故障报警提示；
- 具有双面辐照功能；
- 配有计时器；
- 婴儿床可从侧面拉出；
- 四周有机玻璃档板可打开。

Brief introduction

- Air-temperature control, LED display;
- Failure alarm indication;
- Blue light radiation in two sides;
- Timer;
- Infant bed can be pulled out from the side door;
- Acrylic glass panels around can be opened.

基本配置

上箱体，下箱体，控制仪。

Standard configuration

Upper phototherapy box, Lower phototherapy box, Temperature controller.



爱 ❤ 无限 呵护生命最初

广告审批号：浙医械广审(文)2006090028号

NINGBO DAVID MEDICAL DEVICE CO.,LTD.

主要技术参数

- 工作电源： AC220V/ 50HZ
- 输入功率： 500VA
- 控温方式： 箱温控制
- 控温范围： 25 ℃ ~37 ℃
- 显示温度与控制温度： ≤ 0.7 ℃
- 床面温度均匀性： ≤ 3.5 ℃
- 婴儿舱内噪声： ≤ 60dB (A)
- 故障报警： 超温、传感器、偏差等
- 上灯箱蓝光辐照度： > 850 μ W/cm²
- 下灯箱蓝光辐照度： > 700 μ W/cm²
- 计时范围： 0~9999 小时 59 分

Specification

- Power supply : AC220V/ 50HZ
- Input power : 500VA
- Mode of control : Air temperature control
- Control range of temperature : 25 ℃ ~37 ℃
- Temperature deviation between the indicated temperature and the control temperature : ≤ 0.7 ℃
- Uniformity of temperature : ≤ 3.5 ℃
- Noise inside hood: ≤ 60dB (A)
- Failure alarm: over-temp alarm, sensor alarm, deviation alarm, and so on.
- Upper lamp blue light radiation degree : > 850 μ W/cm²
- Lower lamp blue light radiation degree : > 700 μ W/cm²
- Timing range of phototherapy : 0~9999 hrs 59min

使用环境要求

环境温度： 20 ℃ ~30 ℃
(设置温度应至少高于环境温度 4 ℃ 以上)
环境风速： ≤ 0.3m/s

Requirements of environment

Environment temperature : 20 ℃ ~30 ℃
(Set temperature should be higher 4 ℃ than the
environment temperature)
Wind speed of environment : ≤ 0.3m/s

产品包装

包装方式： 分体包装
尺寸(上箱体)： 1000 mm × 700 mm × 790 mm
(下箱体)： 910mm × 600mm × 880mm
毛重(上箱体) : 70 Kg
(下箱体) : 50 Kg

Package

Package : each unit is packed to two cartons
Size (main body) : 1000 mm × 700 mm × 790 mm
(cabinet) : 910 mm × 600 mm × 990 mm
Gross weight (main body) : 70 Kg
(cabinet) : 50 Kg